

Техническое задание на мундштуки к анализаторам паров этанола моделей Динго Е-200, Динго Е-200(В)

Мундштук должен обеспечивать проведение теста на анализаторах паров этанола в выдыхаемом воздухе Динго Е-200, Динго Е-200(В) и соответствовать следующим требованиям:

- Длина – 100 мм
- Входное круглое отверстие
внутренний диаметр - 11мм
внешний диаметр - 15мм
- Выходное трапециевидное отверстие:
нижнее основание – 7мм
верхнее основание – 9мм
Расстояние между фиксаторами – 36 мм
- Высота - 20мм
- Материал – полипропилен
- Масса – не более 3 г
- Каждый мундштук имеет индивидуальную упаковку

Наименование и место производства мундштуков должны соответствовать Регистрационному удостоверению на медицинское изделие – анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе.